

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
ODDZIAŁ TERENOWY im. Jana i Ireny Rudników w Rabce – Zdrój
INSTYTUT BADAWCZY
ul. Prof. J. Rudnika 3 b: 34-700 Rabka-Zdrój
www.bip.zpigichp.edu.pl
Dział Zamówień Publicznych tel. 18/26 76 060 wew. 244
fax 18/26 76 060 wew. 400
e-mail: zamowienia@zpigichp.edu.pl

ZP-271-21/PN20/11

Rabka-Zdrój, 16.12.2011r.

WYKONAWCY

dotyczy: Przetarg nieograniczony na: dostawę odczynników laboratoryjnych, szkła, plastiku i drobnego sprzętu laboratoryjnego - ZP-271-21/PN20/11; Dz.U./S S227 - 368292-2011-PL z dnia 25/11/2011;

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 1

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, Instytut Badawczy w związku z pytaniami do SIWZ złożonymi przez Wykonawców, na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1 – dotyczy: Pakietu nr 26

Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę o zakresie obrotów 500-15.000 obr./min?.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 2 – dotyczy: Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 13 płuczkę z programowaniem poziomu dna płytki zamiast wykrywania?.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 3 – dotyczy: Pakietu nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zamiast wyceny w 1-6 pojedynczych elementów, możliwości wyceny w to miejsce poniższego zestawu z odpowiednim przeliczeniem ilości na: 8 zestawów.

Skład zestawu:

Odcz. poliwal. A - 2 fl. á 2 ml

Odcz. poliwal. B - 2 fl. á 2 ml

Odcz. poliwal. C - 2 fl. á 2 ml

Lateks kontrolny - 1 fl. á 2 ml

Płytki (40 sztuk - tekturowe, wyższy standard użytkowania w porównaniu do wymaganych przez Zamawiającego) i bagietki do oznaczeń (400 szt.)

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 4 – dotyczy: Wzór umowy § 3 ust. 10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na opakowaniach znajdowała się data produkcji? dla Zamawiającego istotna jest data ważności danej partii odczynników?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 5 – dotyczy: Pakietu nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację poszczególnych dostaw w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 6 – dotyczy: Pakietu nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 5 op. alergen m3 nr kat. 14-4119-01, w zamian za wycofane z produkcji przez producenta 5 op. alergen Gm3 nr kat. 14-4442-01?

Alergen m3 służy do oznaczania poziomu przeciwciał dla m3 zarówno w klasie IgE jak i IgG.


Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 7 – dotyczy: Wzór umowy § 2 ust. 2

Prosimy aby dla potwierdzenia każdorazowo zamówienia telefoniczne zostały potwierdzone także w formie pisemnej.

Odpowiedź: NIE

Treść niniejszego pisma umieszczona została na stronie internetowej Instytutu www.bip.zpigichp.edu.pl.

Z poważaniem
DYREKTOR ODDZIAŁU
INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
W RABCE-ZDROJU

Dr n.med. Joachim Buchwald